

Е.В. Бочкова
Криму
рассмотреть
Ивану
28.06.2013

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (Свердловское УФАС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11

В Управление контроля в сфере размещения государственных заказов

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Демидовой Татьяне Павловне

От Общество с ограниченной ответственностью "Корона Групп",

199406, Город Санкт-Петербург, Улица Наличная, 29 литер А, пом.19-Н

ИНН 7801597367; КПП 780101001; ОГРН 1137847093670; ОКПО 50936344

e-mail.: corona.group@mail.ru

тел.: +7-910-245-17-17

+7-920-426-17-17

факс.: +7-473-261-18-18

88-А
С. В. Бочкова
И. В. Сидорова
Форму посылать по
уведомлению по
от 15.1 по 08.07.2013
в 19⁰⁰ 01.07.2013
Жалоба

на действие Заказчика - Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова" при вынесении протокола рассмотрения первых частей заявок на Открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку и монтаж Климатической испытательной камеры по проекту реконструкция и техническое перевооружение производства реанимационного и анестезиологического оборудования для нужд Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» г. Екатеринбург. Заказ № 0462100000413000015

г. Санкт-Петербург

27.06.2013 г.

1. 27.06.2013 на сайте <http://www.zakupki.gov.ru> был объявлен Открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку и монтаж Климатической испытательной камеры по проекту реконструкция и техническое перевооружение производства реанимационного и анестезиологического оборудования для нужд Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» г. Екатеринбург.



Вх. № 01-9395

28.06.2013 г.

ссылка → Бочкова → Ивану →
→ Корона Групп

16 25 мин

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=6262530

(далее - Аукцион).

Заказчик - ОАО "ПО "УОМЗ

Почтовый адрес - Российская Федерация, 620100, Свердловская обл, Екатеринбург г, ул.Восточная, 336

Контактное лицо Драгунов Дмитрий Евгеньевич

Телефон: +7 (343) 2298351

Факс: +7 (343) 2548107

Электронная почта: zakupki@uomz.com

2 Нашей организацией при изучении документации об Аукционе (далее - документации) и были обнаружены неточности и нами был подан запрос о разъяснение документации.

Текст запроса разъяснения: 1. В техническом задании указано: "Внутренние размеры (ШГВ) не менее 2120x3000x2560, мм Внешние размеры (ШГВ) не менее 2360x3240x2800, мм" При таком условии разница со всех сторон ШГВ 240, 240, 240, - здесь возможно ошибка, так как даже если толщина изоляции 120мм с каждой стороны (а это невероятно мало), нет места для холодильной машины. В другом месте о холодильной машине ничего не сказано. Даже если она отдельно. Просим уточнить размеры и возможность установки холодильной машины отдельно. 2. В техническом задании указано: Должно быть два гермоотверстия диаметром 200мм по существующие герморазъем" Просьба уточнить под какой герморазъем должны быть два герморазъема диаметром 200 мм.

14.06.2013 заказчик разместил ответ на наш запрос о разъяснение.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме

Заказчику поступил запрос о разъяснении положений Документации об открытом аукционе в электронной форме следующего содержания:

«1. В техническом задании указано: "Внутренние размеры (ШГВ) не менее 2120x3000x2560, мм Внешние размеры (ШГВ) не менее 2360x3240x2800, мм" При таком условии разница со всех сторон ШГВ 240, 240, 240, - здесь возможно ошибка, так как даже если толщина изоляции 120мм с каждой стороны (а это невероятно мало), нет места для холодильной машины. В другом месте о холодильной машине ничего не сказано. Даже если она отдельно. Просим уточнить размеры и возможность установки холодильной машины отдельно. 2. В техническом задании указано: Должно быть два гермоотверстия диаметром 200мм по существующие герморазъем" Просьба уточнить под какой герморазъем должны быть два герморазъема диаметром 200 мм.»

Заказчиком были даны следующее разъяснения:

1. Указанные размеры относятся именно к камере. Холодильная машина может располагаться отдельно.



2. Должно быть два гермоотверстия диаметром 200мм под существующий герморазъём, таким образом, требуются не герморазъёмы, а только гермоотверстия диаметром 200мм;

3. Наша организация приняла решение о подачи заявки на участие в аукционе с учетом поступивших разъяснений и требований Части III Документации.

Техническая часть документации была изложена в Части III Документации и выглядела так:

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
УОМЗ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» имени Э.С. Ялымова»
 ООО «ИО «УОМЗ»
 Восточная ул., 336, Екатеринбург, 620100
 ОКПО 07539541, ОГРН 102640588028, ИНН/КПП 6608002362/998050001

Техническое задание
 на открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку и монтаж климатической испытательной камеры по проекту реконструкции и технической перевооружение производств резинокаучукового и пластмассового оборудования для нужд Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Ялымова г. Екатеринбург.

№ п.	Наименование раздела технического задания	Требования, показатели
1.	Наименование	Климатическая испытательная камера.
2.	Требования к техническим характеристикам Товара, требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), и качеству, к безопасности.	
2.1.	Климатическая испытательная камера должна обеспечивать выполнение испытаний изделий на воздействие неблагоприятных климатических факторов и соответствовать следующим характеристикам и составу: Внутренний объем, не менее, л: не менее 16000; Внутренние размеры (ШхГхВ), не менее мм: не менее 2320х3000х2560; Внешние размеры (ШхГхВ), не более, мм: 2360х3240х2800; Электропитание: 380 В, 3 ф., 50 Гц; Энергопотребление: не более 26 кВт; Вес, не более, кг: 2500; Относительная влажность (диапазонное значение): 10%+100% в диапазоне температур (диапазонное значение) от +10°C до не менее +60°C; Точность поддержания относительной влажности (диапазонное значение): ±2%; Точка росы для испытаний продолжительностью 24 часа (диапазонное значение): от не более +3°C до не менее +70°C; Точка росы для кратковременных испытаний 3 часа (диапазонное значение): от не более -20°C до не менее +3 °C; Поддерживаемые температуры (диапазонное значение): от не более -40°C до не менее +80°C. Температура должна регулироваться; Несъемное окно с размерами не менее 450х450 мм; Должна быть воздушное охлаждение компрессоров; Должна быть распашная дверь размерами (ШхВ) не менее 2000х2000мм; Должна быть внутренняя освещенность, не менее: 300 Вт; Должна быть два гермоотверстия диаметром 200мм под существующий герморазъём;	



		<p>Основная система управления должна быть выполнена на базе микропроцессорного контроллера без использования оболочки Windows и должна соответствовать следующим характеристикам и составу:</p> <ul style="list-style-type: none"> Должен быть цветной сенсорный дисплей; USB разъем, не менее 2; Необходимо реализовать возможность подключения принтера; Должен быть Ethernet контроллер; Объем памяти на карте памяти контроллера, не менее: 1000 циклов с 350 сегментами; Должна обеспечиваться запись параметров в режиме реального времени; Должна быть реализована возможность записи параметров в формате Excel и/или возможность экспорта в формат Excel; Должно быть реализовано информирование о запланированных действиях по обслуживанию; Для удаленного управления камерой должно использоваться рабочее место в составе компьютера, работающего под управлением операционной системы Windows (или эквивалент), лазерного цветного принтера; Должно быть лицензионное программное обеспечивающее выполнение следующих действий: <ul style="list-style-type: none"> Создание программ и циклов испытаний; Редактирование предварительно созданных программ испытаний; Вывод на печать результатов испытаний; Установка паролей доступа; Настраиваемые таблицы результатов измерений параметров; Вывод на экран нескольких таблиц результатов одновременно; Возможность отображения в цвете на дисплее графиков изменения параметров; Наблюдение изменения параметров в реальном времени. <p>Должен быть комплект запасных частей для обеспечения работы камеры в течение 2 лет работы.</p>
3.	Гарантия	Гарантия сроком не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.



На основании данного технического задания и поступившего ответа на запрос о разъяснение наша компания подала первую часть заявки в виде:

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об Открытом аукционе в электронной форме на право заключения контракта на поставку и монтаж Климатической испытательной камеры по проекту реконструкция и техническое перевооружение производства реанимационного и анестезиологического оборудования для нужд Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова" г. Екатеринбург (реестровый номер открытого аукциона в электронной форме 0462100000413000015), на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Мы нижеподписавшиеся, согласны поставить (выполнить, оказать) указанный в аукционной документации предмет контракта в соответствии с указанной аукционной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной (максимальной) цены контракта.

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

- против нас не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша деятельность не приостановлена;
- а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками, должностными лицами.



Мы гарантируем достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке участников размещения заказа.

Мы уведомлены о том, что информация из реестра аккредитованных на электронной торговой площадке участников размещения заказа на дату и время окончания срока подачи заявок будет направлена на рассмотрение в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Мы поручаем Оператору электронной торговой площадки блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся победителем аукциона при условии получения от Заказчика проекта контракта, составленного путем включения цены контракта, предложенной нами на аукционе, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем пять дней с момента получения от Заказчика проекта контракта.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта и если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, при условии получения от Заказчика проекта контракта, составленного путем включения цены контракта, предложенной нами на аукционе, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, а также при отсутствии факта отзыва нашей заявки на участие в аукционе в случаях, предусмотренных 94-ФЗ, предоставить Заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем пять дней с момента получения от Заказчика проекта контракта.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение о цене контракта и если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения контракта, при условии получения от Заказчика проекта контракта, составленного путем включения цены контракта, предложенной нами на аукционе, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный контракт в срок не позднее, чем пять дней с момента получения от Заказчика проекта

Город
Страна
E-mail

Считаем отклонение нашей заявки неправомерным, так как наша заявка составлена с требованиями законодательства РФ и требований документации и разъяснений, по данной документации.

Руководствуясь вышеизложенным, в соответствии со ст. 17, 34, 57 Закона

Просим:

- 1 - приостановить размещение заказа;**
- 2 - признать незаконным действия уполномоченного органа/заказчика;**
- 3 - выдать уполномоченному органу соответствующее предписание о незаконности не допущения заявки участника;**
- 4 - привлечь виновных лиц к установленной ответственности.**

**Генеральный директор
ООО "Корона Групп"**



Кузнецов Д. А.